



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное казенное
учреждение Кемеровской области
«Агентство по закупкам в сфере
здравоохранения» (ГКУ «АЗ СЗ»)**
Арочная ул., д. 41, г. Кемерово 650993
Тел. 8 (3842) 65-71-50;
E-mail: agentstvo@kuzdrav.ru
ОКПО 06284607;
ОГРН 1174205000551;
ИНН/КПП 4205349664 / 420501001

Поставщикам медицинского оборудования

15.10.2019. № 1670

о предоставлении ценовой информации

Заказчик: Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения» (ГКУ «АЗ СЗ»)

Адрес направления предложения: ответ необходимо направить в виде сканированного документа по e-mail: agent_hen@kuzdrav.ru

Срок направления предложения: до 16.10.2019г.

Наименование, характеристики требуемого товара: указаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Требования к упаковке, поставке товара: упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, отгрузке и хранении.

Условия поставки товара: поставщик осуществляет поставку медицинского оборудования (по тексту в запросе - оборудование или товар) и надлежащим образом оказывает услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования. Период гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев.

Место поставки товаров: г. Кемерово, ГАУЗ КО ОКБ СМП им. М. А. Подгорбунского, ул. Александрова, 7

Предполагаемый срок проведения электронного аукциона: 4 квартал 2019 года.

Порядок оплаты: оплата по Контракту осуществляется после поставки оборудования в течение 30 дней.

Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта: перерасчет на дату отправки письма от поставщика по курсу ЦБ РФ.

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от цены контракта.

Организация, направляющая ценовую информацию, должна предоставить сведения о торговом знаке (при наличии), наименовании, модели (марке), производителе медицинского оборудования, регистрационном удостоверении (номере и дате) и конкретных показателях, соответствующих описанию объекта закупки (приложение).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Цена коммерческого предложения должна включать все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе цену товара, расходы на упаковку, маркировку, транспортировку, доставку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Приложение №1: Технические характеристики на 1 л. в 1 экз.

Директор



Д.В. Берлизов

Шнайдер Елена Николаевна
Николаевна
8 (3842) 65-71-95



№ п.п.	Позиция	Параметр усредненный
Общие требования		
1.1.	Регистрационное удостоверение МЗ РФ на оборудование	Наличие
1.2.	Декларация соответствия Госстандарта РФ на оборудование	Наличие
1.3.	Доставка, подключение, запуск в эксплуатацию, обучение персонала	Наличие
1.4.	Гарантийное обслуживание, не менее	12 месяцев
Требования к проявочной машине		
1.5.	Тип подачи пленки	Последовательный роликовый протяжный механизм
1.6.	Тип обрабатываемой пленки	Рулонная, листовая
1.7.	Формат обрабатываемой пленки	Листовая пленка: от 13x18 до 35x43 см, рулонная пленка от 7 до 35 см
1.8.	Стандартный цикл обработки, не более	105 сек
1.9.	Температура растворов при обработке регулируется в диапазоне, не более	28-38 °С
1.10.	Точность регулировки температуры растворов, не более	0,5 °С
1.11.	Температура сушки, не более	60 °С
1.12.	Производительность при стандартном цикле обработки, не менее	55 пленок в час формата 35x43 см
1.13.	Автоматическое возобновление растворов	наличие
1.14.	Система рециркуляции растворов	наличие
1.15.	Автоматическое переключение в режим ожидания	наличие
1.16.	Объем рабочих баков проявителя, не менее	5 л
1.17.	Объем рабочих баков фиксажа, не менее	5 л
1.18.	Объем рабочих баков воды, не менее	5 л
1.19.	Вес в рабочем состоянии, не более	50 кг
1.20	Габаритные размеры Д x Ш x В, не более	77x59x42 см
Комплект поставки		
	Проявочная машина	1 шт
	Танк-баки 25 л	2 шт