



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное казенное
учреждение Кемеровской области
«Агентство по закупкам в сфере
здравоохранения» (ГКУ «АЗ СЗ»)**
Арочная ул., д. 41, г. Кемерово 650993
Тел. 8 (3842) 65-71-50;
E-mail: agentstvo@kuzdrav.ru
ОКПО 06284607;
ОГРН 1174205000551;
ИНН/КПП 4205349664 / 420501001

Поставщикам медицинского оборудования

31.10.2018г. № 1824

о предоставлении ценовой информации

Заказчик: Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения» (ГКУ «АЗ СЗ»)

Адрес направления предложения: ответ необходимо направить в виде сканированного документа по e-mail: agent_gav@kuzdrav.ru

Срок направления предложения: до 01.11.2019.

Наименование, характеристики требуемого товара: указаны в приложении № 1 к настоящему запросу. Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией мед. изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 22.08.2019 №665н.- 300620.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Требования к упаковке, поставке товара: упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, отгрузке и хранении.

Условия поставки товара: поставщик осуществляет поставку медицинского оборудования (по тексту в запросе - оборудование или товар) и надлежащим образом оказывает услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования. Период гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев.

Место поставки товаров:

ГАОУЗ КО "Новокузнецкий перинатальный центр" 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 26 поликлиника № 6

ГАОУЗ КО "Областная детская клиническая больница" 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 21

Предполагаемый срок проведения электронного аукциона: 2-е полугодие 2019 года

Порядок оплаты: оплата по Контракту осуществляется после поставки оборудования в течение 30 дней.

Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта: перерасчет на дату отправки письма от поставщика по курсу ЦБ РФ.

Размер обеспечения исполнения контракта: 5 % от цены контракта.

Организация, направляющая ценовую информацию, должна предоставить сведения о торговом знаке (при наличии), наименовании, модели (марке), производителе медицинского оборудования, регистрационном удостоверении (номере и дате) и конкретных показателях, соответствующих описанию объекта закупки (приложение).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Цена коммерческого предложения должна включать все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе цену товара, расходы на упаковку, маркировку, транспортировку, доставку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Приложение №1: Технические характеристики на 1 л. в 1 экз.

Директор



Д.В. Берлизов

Гринюк Анна Валентиновна
8 (3842) 65-71-95



Широкопольная цифровая педиатрическая ретиальная система – 2 штуки

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг), функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
1	<p>1 Назначение:</p> <p>1.1 Получение цветной фото- и видеосъемки при скрининге и диагностике ретинопатии недоношенных, отслоек, разрывов сетчатки, диабетической ретинопатии и др. внутриглазных патологий</p> <p>2. Технические характеристики</p> <p>2.1 Цифровая камера высокого разрешения</p> <p>2.2 Получение изображения в реальном времени</p> <p>2.3 Видеозапись - не менее 30 секунд</p> <p>2.4 Подставка для камеры</p> <p>2.5 Кабель соединения камеры и блока прибора - не менее 2,5 метров</p> <p>2.6 Возможность проведения обследования пациентов в горизонтальном положении</p> <p>2.7 Линза для ретинопатии недоношенных с полем обзора - не менее 130 градусов</p> <p>2.8 Линза высокого разрешения с полем обзора 30 градусов</p> <p>2.9 Высококонтрастная линза получения высококонтрастного изображения патологии глаз у детей и взрослых с полем обзора 80 градусов</p> <p>2.10 Материал оптики линз - экологически безопасное оптическое стекло.</p> <p>2.11 Возможность быстрой смены линз</p> <p>2.12 Ширина линз в части, контактной с глазом - не более 9 мм</p> <p>2.13 Фиброоптический источник света</p> <p>2.14 Интегрированная мобильная тележка с держателем рукоятки и выдвижной ручкой для транспортировки</p> <p>2.14.1 Встроенный ящик для дополнительных принадлежностей и хранения линз - не менее 2</p> <p>2.15 Ножная педаль управления параметрами</p> <p>2.16 Встроенный блок управления камерой</p> <p>2.17 Функция стоп-кадра для захвата изображения</p> <p>2.18 Настройка интенсивности света</p> <p>2.19 Настройка фокуса изображения</p> <p>2.20 Видео выход</p> <p>2.21 Автоматическая настройка баланса черного цвета камеры</p> <p>2.22 Автоматическая настройка баланса белого цвета камеры</p> <p>2.23 Рабочая поверхность с держателем рукоятки камеры</p> <p>2.24 Переносной компьютер с платой видеозахвата</p> <p>2.25 Монитор - не менее 15 дюймов.</p> <p>2.26 Ввод данных, комментариев при помощи клавиатуры</p> <p>2.27 Управление прокруткой, аннотацией изображения и выбора пунктов меню</p> <p>2.28 Защитный ящик с отдельными внутренними блоками, с колесами и выдвижной рукояткой для транспортировки оборудования</p> <p>3 Процессор ПК:</p> <p>3.1 Частота - не менее 1 ГГц</p> <p>3.2 Объем оперативной памяти - не менее 1 Гб</p> <p>3.3 USB порт - не менее 2 шт.</p> <p>3.4 Предустановленное программное обеспечение для сравнения изображений, обработки, архивирования, импорта, экспорта данных</p> <p>5 Комплект поставки единицы продукции</p> <p>5.1 Широкопольная цифровая педиатрическая ретиальная система 1 комплект</p> <p>6. Документы</p> <p>6.1 Регистрационное удостоверение Минздрава России</p> <p>6.2 Сертификат / Декларация соответствия Госстандарта России</p> <p>6.3 Инструкция на русском языке</p> <p>7 Гарантийные обязательства</p> <p>7.1 Гарантийный период - не менее 12 месяцев</p>